

INFORMAČNÝ LIST

V Likavke, 25. 5. 2016
E2-MNG-3014/2016-MDO

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,

dovoľujeme si Vás informovať o zmene metódy stanovenia vitamínu D s účinnosťou od 1. 6. 2016.

Nová metóda spĺňa požiadavky na precíznosť stanovenia celkového vitamínu D < 10 % vyplývajúcu z odporúčaní z roku 2013 (Practical guidelines for the supplementation of vitamin D and the treatment of deficits in Central Europe). Navyše, podľa týchto odporúčaní sú najlepšie metódy stanovenia vitamínu D tie, ktoré stanovujú celkový vitamín D s vylúčením 3-epi-25-OH vitamínu D, čo novozavedená metóda spĺňa a poskytuje výsledky aj v širšom meracom rozsahu. Spomínané odporúčania rozoznávajú nasledujúce klinické hodnotenie v závislosti od koncentrácie vitamínu D.

Koncentrácia vitamínu D (nmol/l)	Klinické hodnotenie stavu
< 50	deficit
50 – 75	mierny deficit
75 – 125	optimálna hladina
125 – 250	nadmerná zásoba
250 – 500	riziková hladina
> 500	toxická hladina

Chceme Vás upozorniť, že medzi novou a dosiaľ používanou metódou stanovenia celkového vitamínu D existujú viaceré rozdiely, ktoré bránia porovnávaniu číselných výsledkov medzi nimi.

Veríme, že táto zmena prispeje k Vašej spokojnosti. V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností kontaktujte, prosím, našich medicínskych reprezentantov alebo call centrum.

S úctou



MUDr. Marta Dobáková
medicínsky riaditeľ

MUDr. Marta Dobáková, medicínsky riaditeľ
tel.: 0850 150 000, mobil: +421 905 236 649, e-mail: dobakova.marta@alphamedical.sk
Centrálné laboratórium – STRED, J. Bellu 66, 034 95 Likavka-Ružomberok